


Validierte Aufbereitung von Felix Osterhase SteriGmbH



10 MELAG Vacuklav 40-B

15 Programm: Schonprogramm Ostereier
20 Programmtyp: 21°C verpackt
25 Datum: 04.04.2021
30 Tagescharge: 01 Gesamt: 19601
=====

40 Universal-Programm erfolgreich beendet

42 = =

=====

45 Temperatur:	21°C	+0.09/-0.04 °C
50 Druck:	0,0	+0.01/-0.01 bar
55 Plateauzeit:	05 min	30 s
60 Leitwert:	0 µS/cm	(746:2.1)
65 Startzeit:	06:12:50	
70 Endezeit:	06:47:42	(34:52 min)

=====

80 SN:201040-B1067
=====

81 FW V2.439 Jul 15 2011 15:24:33

82 Para V2.436 25.07.2012

83 B0 V2.431 11.12.08

>> Code in folgender Zeile nie ändern <<
0A00000600990215312C4E0A04F2039631943494
>> Echtheitsnachweis Chargenprotokoll <<

-0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-edk----etm---etd---etp---etv---ett-ENDE-

